



ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA

PROCESSO Nº 026/2020/PMES PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020

Objeto: Registro de preços para Aquisição de diversos materiais e produtos de uso Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

PREÂMBULO

Após realizada as diligências, no dia 12 de agosto de 2020, às 8h00min, reuniram-se nas dependências Prefeitura Municipal- Sala da Licitação, situada à Avenida José Maria de Faria, nº 71, Centro, Socorro, SP, a Comissão especial designada para análise das amostras, composta pelos membros, Cássia Rafaela de Faccio, Joice Franco Moraes, José Carlos Felippin, designados através da **Portaria 8562/2020**, para avaliação dos materiais. Sem a presença dos representantes. Iniciou-se a sessão explicando os critérios da avaliação que seguem abaixo.

REGISTRO DA SESSÃO

Aberta a sessão procedeu-se a avaliação das amostras dos produtos apresentados pelas empresas:

- Cirúrgica União LTDA
- Med Center Comercial LTDA
- FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
- FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA.
- ALFALAGOS LTDA.
- Nacional Comercial Hospitalar AS
- Pontual Comercial Eireli



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

3.1 - Para fins de avaliação técnica das amostras dos materiais e/ou produtos apresentados serão analisados os seguintes itens:

- * Densidade do produto;
- * Durabilidade e Resistência;
- * Rentabilidade;
- * Composição Química nos termos do Edital;
- * Especificações nos termos do Edital;
- * Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do produto, através da seguinte metodologia:
 - Verificação, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade;
 - Verificação através da comparação com produtos de qualidade renomada (líderes de mercado), para comprovar a similaridade, a fim de obter produtos de melhor qualidade;
- * Realização de testes para averiguar a qualidade.
- * Apresentação - Avaliação das embalagens em sua forma de apresentação, a fim de verificar-se a qualidade e segurança no transporte dos produtos de modo a evitar acidentes. Os rótulos, a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade, informações sobre o manuseio do produto, precauções, responsável técnico e demais informações sobre a composição do produto.

Serão, considerados aprovados, apenas os produtos e/ou materiais que obtiverem índice igual ou superior a **80% (oitenta por cento)** de aceitabilidade.

Para fins de entendimento da porcentagem de aceitabilidade, fica estabelecido o seguinte critério:

- ➔ Cada membro da Comissão avaliará os produtos segundo os critérios acima, atribuindo-lhes uma nota de 00 (zero) a 10 (dez), sendo obedecida a seguinte nomenclatura:



- Q = NOTA ATRIBUÍDA PARA A QUALIDADE DO PRODUTO;
- D = NOTA ATRIBUÍDA À DURABILIDADE;
- R = NOTA ATRIBUÍDA À RENTABILIDADE;
- C/B = NOTA ATRIBUÍDA AO CUSTO/BENEFÍCIO;
- EMB = NOTA ATRIBUÍDA À EMBALAGEM;
- COMP. = NOTA ATRIBUÍDA À COMPOSIÇÃO;

Exemplo:

| Notas da Comissão Avaliação | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-----|------|-------|
| Q | D | R | C/B | EMB. | COMP. |
| 9,5 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 10 |

- O próximo campo a ser preenchido será o da média aritmética seguindo a seguinte fórmula: Soma das notas estabelecidas nos itens acima especificados e divididas por 06 (seis);

Exemplo:

| Notas da Comissão Avaliação | | | | | | Média |
|-----------------------------|---|-----|-----|------|-------|-------|
| Q | D | R | C/B | EMB. | COMP. | |
| 9,5 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 10 | 8,833 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |

- A porcentagem de aceitabilidade está diretamente condicionada à nota média, sendo que para mensuração desta porcentagem deverá ser multiplicada a nota da média pelo fator 10 (DEZ).

Ex:

Média: 8,833

Percentual: $8,833 \times 10 = 88,33\%$

- Para fins de análise dos produtos, é obrigatório o preenchimento dos campos com a especificação do produto, o nº do item ao qual corresponde e sua marca;
- O resultado final deverá ser expresso da seguinte maneira:
 - Quando o item for considerado compatível com as necessidades do setor solicitante, será considerado **APROVADO**, devendo constar a seguinte expressão (A);



- Quando o item não atender às necessidades mínimas do setor solicitante, será considerado **REPROVADO**, devendo constar a seguinte expressão **(R)**;

*

EXEMPLO:

1) Avaliação de cada produto e/ou material:

| Item | Produto | Marca | Notas da Comissão Avaliação | | | | | Média | % de Aceitação | (A) Aprovado (R) Reprovado | |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|---|-----|-----|------|-------|----------------|-------------------------------|-------|
| | | | Q | D | R | C/B | EMB. | | | | COMP. |
| 01 | SERINGA | ABC | 9,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 10 | 8,75 | 87,5% | (A) |
| 02 | ESPARADR APO | Y | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 80 | (A) |

2) Avaliação Geral de cada produto e/ou material:

| Produto | Empresa | Notas da Comissão Avaliação | | | | | Média | % de Aceitação | (A) Aprovado (R) Reprovado | |
|---------|---------|-----------------------------|---|---|-----|------|-------|----------------|-------------------------------|-------|
| | | Q | D | R | C/B | EMB. | | | | COMP. |
| SERINGA | XY | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 60 | (R) |

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada as avaliações a comissão responsável apresentou os laudos de análise, individualmente por empresa, sendo os mesmos laudos anexados a presente ata.

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro



-CIRURGICA UNIÃO LTDA

Avaliação dos Itens:

Item 1 Aprovado
Item 2 Aprovado.
Item 8 Aprovado
Item 14 Aprovado
Item 16 Aprovado
Item 23 Aprovado
Item 29 Aprovado
Item 35 Aprovado
Item 36 Aprovado
Item 37 Aprovado
Item 38 Não apresentou amostra
Item 39 Não apresentou amostra
Item 84 Aprovado
Item 89 Aprovado
Item 93 Aprovado
Item 100 Aprovado
Item 104 Aprovado
Item 110 Aprovado

-MED CENTER COMERCIAL LTDA

Avaliação dos Itens:

Item 4 Aprovado.
Item 5 Aprovado
Item 7 Aprovado
Item 15 Aprovado
Item 21 Aprovado
Item 25 Reprovado- Não apresentou laudo analítico que comprova o cumprimento da NBR 09259
Item 31 Aprovado
Item 32 Aprovado
Item 33 Aprovado
Item 34 Aprovado
Item 40 Aprovado
Item 41 Aprovado
Item 43 Reprovado- Não apresentou laudo analítico que comprova o cumprimento da NBR 09259
Item 44 Reprovado- Não apresentou laudo analítico que comprova o cumprimento da NBR 09259
Item 45 Reprovado- Não apresentou laudo analítico que comprova o cumprimento da NBR 09259
Item 46 Reprovado- Não apresentou laudo analítico que comprova o cumprimento da NBR 09259
Item 52 Aprovado
Item 54 Reprovado- Não atendeu ao descritivo
Item 55- Não apresentou amostra
Item 58 Aprovado
Item 61 Reprovado - Não apresentou laudo analítico que comprova o cumprimento da NBR 09259

A.
Jh



- Item 72 Aprovado
- Item 73 Não apresentou amostra
- Item 74 Aprovado
- Item 75 Aprovado
- Item 76 Aprovado
- Item 92 Não apresentou amostra
- Item 95 Não apresentou amostra
- Item 101 Reprovado – Material veio com embalagem violada e em más condições para avaliação
- Item 106: Aprovado
- Item 112 Não apresentou amostra
- Item 113 Não apresentou amostra

-FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Avaliação dos Itens:

- Item 09 Aprovado
- Item 13 Aprovado
- Item 20 Aprovado
- Item 24 Reprovado- Não atendeu ao descritivo, não contem poliéster na composição e não apresenta comprovação de peso na embalagem.
- Item 26 Reprovado- Não atendeu ao descritivo, não contem poliéster na composição e não apresenta comprovação de peso na embalagem.
- Item 27 Reprovado- Não atendeu ao descritivo, não contem poliéster na composição e não apresenta comprovação de peso na embalagem.
- Item 30 Reprovado- Não atendeu ao descritivo, não contem poliéster na composição e não apresenta comprovação de peso na embalagem.
- Item 50 Aprovado
- Item 51 Aprovado
- Item 66 Reprovado - Foi solicitado frasco e apresentação veio em bolsa
- Item 67 Reprovado- Foi solicitado frasco e apresentação veio em bolsa
- Item 71 Aprovado
- Item 77 Aprovado
- Item 78 Aprovado
- Item 79 Aprovado
- Item 85 Reprovado - Foi solicitado frasco e apresentação veio em bolsa
- Item 94 Reprovado- Empresa não informa em sua embalagem e em seus documentos se o mesmo pode ser usado para tratamento térmico, conforme solicitado no edital.
- Item 97 Aprovado
- Item 98 Aprovado
- Item 99 Aprovado
- Item 105 Aprovado
- Item 108 Aprovado
- Item 109 Aprovado

[Handwritten signature]



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



-FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA

Avaliação dos Itens:

- Item 11 Aprovado
- Item 47 Aprovado
- Item 49 Aprovado
- Item 56 Aprovado
- Item 81 Aprovado
- Item 90 Aprovado
- Item 111 Aprovado

-ALFALAGOS LTDA

Avaliação dos Itens:

- Item 12 Não apresentou amostra
- Item 57 Aprovado
- Item 60 Aprovado
- Item 80 Reprovado – Não atendeu ao descritivo, ampola não apresenta data de fabricação.
- Item 96 Não apresentou amostra

-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR AS

Avaliação dos Itens:

- Item 17 Não apresentou amostra
- Item 19 Não apresentou amostra
- Item 22 Aprovado
- Item 28 Não apresentou amostra
- Item 48 Aprovado
- Item 53 Reprovado Não atende ao descritivo em relação à composição dos ácidos
- Item 59 Não apresentou amostra
- Item 64 Aprovado
- Item 68 Aprovado
- Item 69 Não apresentou amostra
- Item 70 Aprovado
- Item 87 Aprovado
- Item 88 Aprovado
- Item 102 Aprovado

-PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Avaliação dos Itens:

- Item 82 Reprovado - Item não atende ao descritivo em relação à ficha técnica do produto

[Handwritten signature]



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Durante a sessão também foram avaliados os Registro dos produtos junto a ANVISA e as Autorizações de Funcionamento das empresas junto a ANVISA, e foi verificado que nem todas as empresas apresentaram os registros e autorizações em conformidade com as exigências do edital, as quais estavam regulares e vigentes.

Toda a sessão transcorreu de forma tranquila, não havendo nenhum fato que merecesse ser mencionado.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Comissão nomeada, a presente ata será disponibilizada, em sua íntegra no site eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), no link de licitações/comunicados para ciência dos interessados.

Membros da Comissão


Cássia Rafaela de Faccio


Joice Franco Moraes


José Carlos Felippin



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro



Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 12 de agosto de 2020



LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Fornecedor: | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | | |
| Endereço: | Rua 25, nº 1908/1928 | | |
| Bairro: | Jardim São Paulo | Cidade: | Rio Claro |
| CEP: | 13503-010 | Fone: | 19 3526-1900 |
| E-mail: | | UF: | |
| I. E. nº: | 587.122.394.114 | CNPJ nº: | 04.063.331/0001-21 |


| Item | Quant. | Unid | Especificação do Produto | Marca | Notas da Comissão de Avaliação | | | | | | Média | % de Aceitação | Resultado Final |
|------|--------|---------|---|----------|--------------------------------|---|---|-----|------|-------|-------|----------------|-----------------|
| | | | | | Q | D | R | C/B | EMB. | COMP. | | | |
| 1 | 1 | Caixa | Hastes flexíveis (cotonetes) com 75 unidades | Use it | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |
| 2 | 1 | Pacote | Saco de lixo branco, para resíduos infectantes, com símbolo "material contaminante" de 15 litros. Pacote com 100 unidades. Fabricado com resina virgem, sistema de fechamento com lacre, com solda lateral. Fabricado de acordo com as normas da legislação vigente | Rava | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |
| 8 | 1 | Unidade | Coletor de material perfuro cortante de 07 litros de capacidade total, capacidade útil de 5,3 litros. Em papelão ondulado, cor ouro e com proteção resistente nos lados e fundos do coletor. De acordo com a NBR 13853. | Flexpell | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 80% | (A) Aprovado |

g
P

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|------------|---|---|---|---|---|----|---|-----|--------------|
| 14 | 1 | Unidade | Espéculo vaginal, descartável, tamanho Pequeno, usado para exame ginecológico, para visualização da cavidade vaginal e do colo uterino. Composto de valvas em poliestireno cristal, com contornos lisos e regulares. E parafuso em poliestireno de alto impacto. Com eixo longitudinal de 110 mm. Largura máxima distal de 27 mm e maior largura proximal de 24 mm | Cral | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 16 | 1 | Unidade | Almotolia de 250 ml, escura (âmbar), em polietileno, com tampa de rosca e bico reto, com graduação em alto relevo | Taylor | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 23 | 1 | Pacote | Abaixador de língua-descartável, formato convencional liso, medindo aproximadamente 135 mm de comprimento; 14 mm de largura; 1,9 mm de espessura, confeccionado em madeira ou plástico. Em pacotes de 100 unid | Estilo | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 29 | 1 | Caixa | Curativo adesivo; com bandagem adesiva para uso após punção venosa; anti-séptico; anti-alérgico e estéril; algodão hidrófilo; 2,0 cm de diâmetro; invólucro individual íntegro e estéril. Caixa com 500 unid. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto, obedecendo a legislação atual vigente | Blood Stop | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 82% | (A) Aprovado |
| 35 | 1 | Caixa | Atadura gessada tela de 15 cm por 3 metros. Composta de substrato de gaze 100% algodão, impregnada com gesso coloidal com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, acondicionadas em caixas. Caixa com 20 unidades. | Polarfix | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 82% | (A) Aprovado |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|----------|---|---|---|---|---|----|---|-----|---------------|
| 36 | 1 | Caixa | Atadura gessada tela de 20 cm por 4 metros. Composta de substrato de gaze 100 % algodão, impregnada com gesso coloidal com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, acondicionadas em caixas . Caixa com 20 unidades | Polarfix | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 82% | (A) Aprovado |
| 37 | 1 | Caixa | Lâmina cirúrgica para bisturi, em aço carbono ou inox, nº 11, estéril, atóxica, descartável, embaladas individualmente em película laminada. Caixa com 100 unid. | S | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 38 | 1 | Caixa | Lâmina cirúrgica para bisturi, em aço carbono ou inox, nº 15, estéril, atóxica, descartável, embaladas individualmente em película laminada. Caixa com 100 unid. | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 39 | 1 | Caixa | Lâmina cirúrgica para bisturi, em aço carbono ou inox, nº 22, estéril. Atóxica, descartável, embaladas individualmente em película laminada caixa com 100 unid | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 84 | 1 | Unidade | Máscara com reservatório pediátrica, descrição técnica: máscara de não reinalação; com reservatório; transparente; vinil suave e claro para conforto do paciente e fácil visualização; completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Válvula de segurança de baixa resistência previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado; tamanho: pediátrico. | Foyomed | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |


gr


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|--------------|---|---|---|---|---|----|---|-----|--------------|
| 89 | 1 | Unidade | Bolsa coletora de urina com válvula anti-refluxo e ponto de coleta _ bolsa Graduada para 2000 ml sistema fechado com válvula anti-refluxo. Membrana em látex autocicatrizante que garante múltiplas aspirações para coleta de urina (ponto para coleta). Espaço para preenchimento dos dados do paciente. suporte de fixação com hastes rígida e com alça cordão. Pinça corta-fluxo do tipo clamp. Tubo extensor em PVC de 120 cm, transparente, atóxico, flexível, sem dobras. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora, embalagem individual, estéril | Advantive | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80% | (A) Aprovado |
| 93 | 1 | Unidade | Equipo macro gotas para administração de soluções, ponta perfurante, câmara de gotejamento transparente e flexível, com gotejamento transparente e flexível, com gotejador preciso obedecendo a relação 1 ml = 20 gotas. tubo de pvc transparente de 1,25 metros, pinça rolete, flash-bal e conector luer, embalado em papel grau cirurgico, esterelizado a óxido de etileno, com dados de identificação, procedencia, tipo e data de esterillização, validade, nº de lote, registro do ms, de acordo com normas de abnt. | Labor Import | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80% | (A) Aprovado |
| 100 | 1 | Unidade | Espéculo vaginal, descartável, tamanho médio. Encaixe com sistema gaveta e bordas anti-traumáticas. Comprimento total do cabo à valva: 155mm. Eixo longitudinal da valva: 95mm. Largura proximal da válvula: 25mm. Largura distal da valva: 28mm. Constando externamente os dados de identificação, procedência e validade, marca comercial e registro do produto | Cral | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |


P. B. J.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---|------|---|---|---|---|---|----|---|-----|--------------|
| 104 | 1 | Unidade | Espéculo vaginal, descartável, tamanho Grande. Encaixe com sistema gaveta e bordas anti-traumáticas. Eixo longitudinal da valva: 116mm. Largura proximal da valva: 36mm. Largura distal da valva: 43mm. | Cral | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 110 | 1 | Pacote | Espátula de ayres - confeccionada em madeira, de uso único, não estéril, descartável - pacotes com 100 unid. | Cral | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |


| JUSTIFICATIVA | |
|---------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



 Cassia Rafaela de Faccio
 Membro da Comissão



 José Carlos Felippin
 Membro da Comissão



 Joice Franco Moraes
 Membro da Comissão



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro



Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 12 de agosto de 2020.

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020



| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Fornecedor: | Med Center Comercial LTDA | | |
| Endereço: | Rodovia JK, BR 458, km 99, s/n, galpão | | |
| Bairro: | Santa Edwiges | Cidade: | Pouso Alegre |
| CEP: | 37552-484 | Fone: | 35 3449-1950 |
| E-mail: | | MG | |
| I. E. nº: | 5.259.495.840.034 | CNPJ nº: | 00.874.929/0001-40 |

| Item | Quant. | Unid | Especificação do Produto | Marca | Notas da Comissão de Avaliação | | | | | Média | % de Aceitação | Resultado Final | |
|------|--------|---------|--|----------|--------------------------------|---|---|-----|------|-------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Q | D | R | C/B | EMB. | | | | COMP. |
| 4 | 1 | Pacote | Saco de lixo branco, para resíduos infectantes, com símbolo "material contaminante" de 30 litros. Pacote com 100 unidades. Fabricado com resina virgem, sistema de fechamento com lacre, com solda lateral. Fabricado de acordo com as normas da legislação vigente. | Rava | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |
| 5 | 1 | Unidade | Coletor de material perfurocortante 13 litros de capacidade total, capacidade útil de 10,1 litros em papelão ondulado, cor ouro e com proteção resistente nos lados e fundos do coletor. De acordo com a NBR 13853 | Flexpell | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 80% | (A) Aprovado |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|-------|---|---|---|---|----|----|---|-----|---------------|
| 7 | 1 | Caixa | Luva descartável, para procedimentos médicos e de enfermagem, tamanho G, produzidos em látex de borracha natural, levemente pulverizada, com pó bioabsorvível, não estéril, ambidestra. Caixa com 100 luvas. | Medix | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 15 | 1 | Litro | Alcool etílico hidratado 70° INPM. Desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Composição: álcool etílico 70% (p/p) e água Q.S.P - em frasco plástico de 1000 ml, acondicionados em caixa de papelão com 12 frascos. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto. | Itajá | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |
| 21 | 1 | Caixa | Luva de látex para procedimentos médicos e de enfermagem, tamanho pequena, ambidestra, de látex natural, hipoalergênica, não estéril. Caixa com 100 unidades. | Medix | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 25 | 1 | Unidade | Agulha 0,55 x 20mm – 24 g 3/4 - descrição: agulha hipodérmica, descartável, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox. Com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Estéril. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da nbr09259. | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 31 | 1 | Caixa | Micronebulizador para inalação, adulto - referencia I-205/IVD conector 9/16 verde. Conjunto composto de máscara, cabeçote, recipiente, extensão e conector. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto | Medix | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 88% | (A) Aprovado |

P. B. G.



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------|---|---|---|---|---|----|---|-----|--------------|
| 32 | 1 | Caixa | Algodão ortopédico de 10 cm por 1 metro : atadura de algodão ortopédico medindo 10cm de largura x 1,00m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, embalada em pacote com 12 rolos, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e registro do produto | Unitex | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 82% | (A) Aprovado |
| 33 | 1 | Caixa | Algodão ortopédico de 15 cm por 1 metro : atadura de algodão ortopédico, medindo 15 cm de largura x 1,00m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, embalada em pacote com 12 rolos, constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e registro do produto. | Medix | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 82% | (A) Aprovado |
| 34 | 1 | Caixa | Atadura gessada tela de 10 cm por 3 metros. Composta de substrato de gaze 100 % algodão, impregnada com gesso coloidal com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência , acondicionadas em caixas . Caixa com 20 unidades. | Polarfix | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 82% | (A) Aprovado |
| 40 | 1 | Rolo | Malha tubular ortopédica de 06 cm por 15 metros. Em tecido 100% algodão. | Ortofen | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |
| 41 | 1 | Rolo | Malha tubular ortopédica de 10 cm por 15 metros. Em tecido 100% algodão. | Ortofen | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|
| 43 | 1 | Caixa | Agulha 0,70 x 25mm – 22 g1 - descrição: agulha hipodérmica ,descartável, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox. Com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Estéril. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da nbr09259. | Medix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 44 | 1 | Caixa | Agulha 0,80 x 25mm - 21 g1 - descrição: agulha hipodérmica ,descartável, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox. Com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Estéril. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da nbr09259. | Medix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 45 | 1 | Caixa | Agulha 0,80 x 30 -descrição: hipodérmica, descartável, canhão plástico atóxico em Polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox. bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em Prolipropileno. Embalada em material que garanta a esterilidade individual. Estéril. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 09259. | Medix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |




| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------|---|---|---|---|----|----|---|-----|---------------|
| 46 | 1 | Caixa | Agulha 1,20x40mm – 18G1 ½ - descrição: agulha hipodérmica, descartável, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox. Com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno. Embalado em material que garanta esterilidade individual. Estéril. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da nbr09259. | Medix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 52 | 1 | Rolo | Fita adesiva crepe hospitalar, uma das faces adesivo à base de borracha natural e resinas, atóxicas, em papel crepado. Tamanho 19 mm por 50 mts | Eurocel | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 54 | 1 | Litro | Clorexidina aquosa 0,2 % (solução aquosa). Composição: digluconato de clorexidina, glicerina, essência floral e água deionizada. Frasco de 1.000 ml constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto. | Indahex | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 70% | (R) Reprovado |
| 55 | 1 | Caixa | Luva de látex para procedimento médicos e de enfermagem, tamanho média, ambidestra, de látex natural, hipoalergênica, não estéril. Caixa com 100 unidades | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|------------|---|---|---|---|----|----|---|-----|---------------|
| 58 | 1 | Unidade | Sonda foley 2 vias nº 18 com balão de 05cc a 10 cc, com duas vias nas extremidades distal e proximal (ponta devera ser arredondada com orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Balão resistente de alta pressão e de fácil insuflação; sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; sonda fabricada em látex de borracha 100 % natural siliconada com ponta distal atramática; embalagem atóxica, esterilizada por raio gama; produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais | Cirofoley | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |
| 61 | 1 | Unidade | Agulha 0,70 x 30 mm - hipodérmica, descartável, canhão plástico atóxico em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox. Com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica, oca reta com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno. Embalado em material que garante esterilidade individual. Estéril. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 09259 | Medix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 72 | 1 | Unidade | Cateter intravenoso nº 18 (Abocath). Embalagem individual com abertura asséptica, constando dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e registro no MS. O produto deverá estar de acordo com a NR 32/2005 | Descarpa k | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 90% | (A) Aprovado |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|------------|---|---|---|---|----|----|---|-----|---------------|
| 73 | 1 | Unidade | Cateter intravenoso nº 20 (Abocath). Embalagem individual com abertura asséptica, constando dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e registro no MS. O produto deverá estar de acordo com a NR 32/2005 | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 74 | 1 | Unidade | Cateter intravenoso nº 22 (Abocath). Embalagem individual com abertura asséptica, constando dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e registro no MS. O produto deverá estar de acordo com a NR 32/2005 | Descarpack | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 90% | (A) Aprovado |
| 75 | 1 | Unidade | Cateter intravenoso nº 24 (Abocath). Embalagem individual com abertura asséptica, constando dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e registro no MS. O produto deverá estar de acordo com a NR 32/2005 | Descarpack | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 90% | (A) Aprovado |
| 76 | 1 | Litro | Detergente para limpeza de instrumental, enzimático com enzimas protease, lipase, amilase, álcool isopropílico e tenso ativos não iônicos, bacteriostático, antimicrobiano de ação rápida e eficaz, com remoção de matéria orgânica e produtos no enxague, com efeito de eliminar odores biológicos, PH neutro, 100% biodegradável, não irritante às mucosas e não causador de reações químicas nos materiais em geral, embalagens de 1000 ml, contendo externamente dados de identificação, procedência, n.º de lote, data de fabricação e validade | Prolink | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 85% | (A) Aprovado |

Handwritten signature or initials.


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|
| 92 | 1 | Unidade | Sonda de foley 2vias nº 14 de látex - diâmetro: 4.7mm - balão de 5cc a 10 cc Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto do paciente; Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente. Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante a sua utilização. Conector universal com perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxica; estéril. em Unidade. | Não Veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 95 | 1 | Unidade | sonda foley 2 vias nº 16 com balão de 05cc a 10 cc, com duas vias nas extremidades distal e proximal (ponta devera ser arredondada com orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). balão resistente de alta pressão e de fácil insuflação; sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; sonda fabricada em látex de borracha 100 % natural siliconada com ponta distal atramática; embalagem atóxica, esterilizada por raio gama; produto com validade. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais | Não Veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |




| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|----------|---|---|---|---|----|----|---|-----|---------------|
| 101 | 1 | Rolo | Gaze hidrófila em bobina , de 91 mm por 91 mts , 08 camadas, 04 dobras - 13 fios por cm ² , 100% algodão. Peso da bobina 1.500 gs aproximadamente. Constituída de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência. | Medix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 106 | 1 | Caixa | Lâmina para microscopia, Fosca Lapidada, 26,0 mm x 76,0 mm, espessura 1,0mm a 1,2 mm Caixa com 50 unidades. | Medix | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 92% | (A) Aprovado |
| 112 | 1 | Peça | Tesoura spencer em inox, de 12 cm, para retirada de pontos. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto. | Não Veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 113 | 1 | Unidade | Pinça anatômica media, de inox, de 14 cm de comprimento. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto | Não Veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |

JUSTIFICATIVA

| | |
|---------|--|
| ITEM 25 | REPROVADO- Não apresentou laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR09259 |
| ITEM 43 | REPROVADO- Não apresentou laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR09259 |
| ITEM 44 | REPROVADO- Não apresentou laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR09259 |
| ITEM 45 | REPROVADO- Não apresentou laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR09259 |
| ITEM 46 | REPROVADO- Não apresentou laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR09259 |
| ITEM 54 | REPROVADO - Não atendeu ao descritivo |
| ITEM 61 | REPROVADO- Não apresentou laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR09259 |
| ITEM101 | REPROVADO - Material veio com embalagem violada e em más condições de avaliação |



 Cassia Rafaela de Faccio
Membro da Comissão



 José Carlo Felippin
Membro da Comissão



 Joice Franco Moraes
Membro da Comissão



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



| | |
|-------------|---|
| Nº CONTROLE | 0 |
|-------------|---|

pág. 01/01

Data: Socorro, 12 de agosto de 2020.

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020**

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Fornecedor: | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | | |
| Endereço: | Rua Vicente Bisi, nº 0 | | |
| Bairro: | Solário da Mantiqueira | Cidade: | São João da Boa Vista |
| CEP: | 13875-440 | Fone: | 19 36365199 |
| E-mail: | | UF: | |
| I. E. nº: | 639.114.085.114 | CNPJ nº: | 24.826.631/0001-22 |

| Item | Quant. | Unid | Especificação do Produto | Marca | Notas da Comissão de Avaliação | | | | | | Média | % de Aceitação | Resultado Final |
|------|--------|---------|---|----------------|--------------------------------|---|---|-----|------|-------|-------|----------------|-----------------|
| | | | | | Q | D | R | C/B | EMB. | COMP. | | | |
| 9 | 1 | Litro | Vaselina líquida comercial. Para uso como umectante e lubrificante para pele, uso hospitalar. Atóxica. | Cinord Sudeste | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 13 | 1 | Unidade | Esparadrapo, impermeável, hipoalergênico, de 05 cm x 4,5 mts, composto de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural, e resina, alta aderência. Embalado em invólucro plástico resistente. Alta aderência | Missner | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80% | (A) Aprovado |
| 20 | 1 | Rolo | Esparadrapo, impermeável, hipoalergênico, de 10 cm x 4,5 mts. Composto de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural e resina. Embalado em invólucro plástico resistente, alta aderência. | AdPele | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 82% | (A) Aprovado |

Handwritten signature/initials

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---------------|
| 24 | 1 | Dúzia | Atadura de crepe composta por no mínimo 90% de algodão cru, poliéster e elastano, confeccionado em teares de alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, medindo 06 cm por 1,8 metros em repouso de 13 fios por cm. Embalagens pesando no mínimo 13,3 gr, não estéril. constituída de fios de algodão cru, poliéster e elastano, com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid. De acordo com a NBR 14056 | Pérola | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 62% | (R) Reprovado |
| 26 | 1 | Dúzia | Atadura de crepe composta por no mínimo 90% de algodão cru, poliéster e elastano, confeccionado em teares de alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, medindo 20 cm por 1,8 metros em repouso de 13 fios por cm. Embalagens pesando no mínimo 42,8 gr, não estéril. constituída de fios de algodão cru, poliéster e elastano, com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid, De acordo com a NBR 14056 | Pérola | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 62% | (R) Reprovado |

A.


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---------|---|---|---|---|---|---|----|------|---------------|
| 27 | 1 | Dúzia | Atadura de crepe composta por no mínimo 90% de algodão cru, poliéster e elastano, confeccionado em teares de alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, medindo 10 cm por 1,8 metros em repouso de 13 fios por cm. Embalagens pesando no mínimo 21,8 gr, não estéril. Constituída de fios de algodão cru, poliéster e elastano, com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid. De acordo com a NBR 14056. | Pérola | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 62% | (R) Reprovado |
| 30 | 1 | Dúzia | Atadura de crepe composta por no mínimo 90% de algodão cru, poliéster e elastano, confeccionado em teares de alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, medindo 15 cm por 1,8 metros em repouso de 13 fios por cm. Embalagens pesando no mínimo 32,7 gr, não estéril. Constituída de fios de algodão cru, poliéster e elastano, com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid. De acordo com a NBR 14056. | Pérola | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 62% | (R) Reprovado |
| 50 | 1 | Rolo | Fita adesiva cirúrgica micro porosa hipoalergenica, de 25 mm x 10 mts. | Maxicor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 100% | (A) Aprovado |
| 51 | 1 | Rolo | Fita adesiva cirúrgica microporosa, hipoalergenica de 50 mm x 10 mts | Maxicor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 100% | (A) Aprovado |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---------------|
| 66 | 1 | Frasco | Solução fisiológica 0,9% de cloreto de sódio – Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Composição: Cloreto de sódio 0,9g; Excipientes: água para injeção q.s.p100ml. Embalagem em polipropileno transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; Bico com duas entradas, para inserção de medicamentos. Frasco de 250 ml | JP | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 75% | (R) Reprovado |
| 67 | 1 | Frasco | Solução fisiológica 0,9% de cloreto de sódio – Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Composição: Cloreto de sódio 0,9g; Excipientes: água para injeção q.s.p100ml. Embalagem em polipropileno transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; Bico com duas entradas, para inserção de medicamentos. Frasco de 500 ml. | JP | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 75% | (R) Reprovado |
| 71 | 1 | Litro | Água oxigenada 10 volumes, embalada em frasco contendo 1000 ml cada, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde água oxigenada 10 volumes, embalada em frasco contendo 1000 ml cada, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde | Farmax | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 83% | (A) Aprovado |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|----|---|---|---|---|----|----|---|-----|--------------|
| 77 | 1 | Unidade | Solução de glicose 5%, sistema fechado com 250 ml. acondicionado bolsa plástica flexível e transparente, com escala graduada impressa na bolsa. devem conter dois sítios, um autovedavel para adição de soluções no interior da bolsa e o outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. a embalagem deve trazer externamente os dados de identificação e procedência, numero do lote, data de fabricação e validade. apresentar registro no ministério da saúde | JP | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 78 | 1 | Unidade | Solução de glicose 5%, sistema fechado com 500 ml. acondicionado bolsa plástica flexível e transparente, com escala graduada impressa na bolsa. devem conter dois sítios, um autovedavel para adição de soluções no interior da bolsa e o outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. a embalagem deve trazer externamente os dados de identificação e procedência, numero do lote, data de fabricação e validade. apresentar registro no ministério da saúde | JP | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 79 | 1 | Unidade | Solução de Ringer com lactato, sistema fechado com 500 ml. Acondicionado em bolsa plástica flexível e transparente, com escala graduada impressa na bolsa. Devem conter dois sítios, um auto vedável para adição de soluções no interior da bolsa e o outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação e procedência, numero do lote, data de fabricação e validade. Apresentar registro no ministério da saúde. | JP | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |




| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|----------|---|---|---|---|---|----|---|-----|---------------|
| 85 | 1 | Frasco | Solução fisiológica 0,9% de cloreto de sódio – Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Composição: Cloreto de sódio 0,9g; Excipientes: água para injeção q.s.p100ml. Embalagem em polipropileno transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; Bico com duas entradas, para inserção de medicamentos. Frasco de 100 ml. | JP | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 75% | (R) Reprovado |
| 94 | 1 | Unidade | Frasco para alimentação enteral de 500 ml – permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções , livre de Bisfenol-A, tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação, frasco em PE graduado com escala de 50 ml, com dispositivo para fixação em suporte, atóxico. | Nutrimed | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 73% | (R) Reprovado |
| 97 | 1 | Caixa | Embalagem/envelope auto selante para esterilização de produtos médicos e hospitalares, com indicador químico, medida mínima 90 mm x 260 mm , composição: papel grau cirúrgico , filme laminado de poliéster com polipropileno, para uso em vapor saturado (autoclave). caixa com 200 unidades . | Hospflex | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 98 | 1 | Pacote | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila de 100%, de algodão , de 7,5 cm por 7,5 cm fechada, 14 cm por 26 cm aproximadamente dimensão aberta - 08 camadas, 04 ou 05 dobras, 13 fios cm ³ - isento de impurezas e não estéril. Pacotes com 500 unidades peso mínimo 390gs. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto. | Topázio | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 90% | (A) Aprovado |


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|------------|---|---|---|---|---|----|---|-----|--------------|
| 99 | 1 | Caixa | Embalagem/envelope auto selante para esterilização de produtos médicos e hospitalares, com indicador químico, medida mínima 140 mm x 290 mm , composição : papel grau cirúrgico , filme laminado de poliéster com polipropileno, para uso em vapor saturado (autoclave).caixa com 200 unidades . | Hospflex | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 105 | 1 | Unidade | Seringa descartável 10 ml, estéril, a óxido de etileno, sem agulha, bico slip. Lâmina para microscopia, Fosca Lapidada, 26,0 mm x 76,0 mm, espessura 1,0mm a 1,2 mm Caixa com 50 unidades. | Descarpack | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 88% | (A) Aprovado |
| 108 | 1 | Par | Luva cirúrgicas, estéril, de látex natural, cor branca, lubrificada com pó bio absorvível (talca), nº 8. Embalada em pares, em papel grau cirúrgico. | Lemgruber | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 109 | 1 | Par | Luva cirúrgicas, estéril, de látex natural, cor branca, lubrificada com pó bio absorvível (talca), nº 7,5. Embalada em pares, em papel grau cirúrgico. | Lemgruber | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |

JUSTIFICATIVA


| | |
|---------|--|
| ITEM 24 | REPROVADO - Não atendeu ao descritivo, não contém poliéster na composição e não apresenta comprovação de peso. |
| ITEM 26 | REPROVADO - Não atendeu ao descritivo, não contém poliéster na composição e não apresenta comprovação de peso. |
| ITEM 27 | REPROVADO - Não atendeu ao descritivo, não contém poliéster na composição e não apresenta comprovação de peso. |
| ITEM 30 | REPROVADO - Não atendeu ao descritivo, não contém poliéster na composição e não apresenta comprovação de peso. |
| ITEM 66 | REPROVADO - Foi solicitado frasco e veio apresentado em bolsa |
| ITEM 67 | REPROVADO - Foi solicitado frasco e veio apresentado em bolsa |
| ITEM 85 | REPROVADO - Foi solicitado frasco e veio apresentado em bolsa |
| ITEM 94 | REPROVADO - Empresa não informa em sua embalagem e em seus documentos se o mesmo pode ser usado para tratamento térmico, conforme solicitado em edital |



Cássia Rafaela de Faccio
Membro da Comissão



José Carlos Felippin
Membro da Comissão



Joice Franco Moraes
Membro da Comissão



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



TRABALHO DE TODOS

ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

| | |
|-------------|---|
| Nº CONTROLE | 0 |
|-------------|---|

pág. 01/01

Data: Socorro, 12 de agosto de 2020.

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020**

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Fornecedor: | FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA | | |
| Endereço: | Av. Maria Augusta Fagundes Gomes, nº 639 | | |
| Bairro: | Residencial São Paulo | Cidade: | Jacareí |
| CEP: | 12322-300 | Fone: | 12 3951-1062 |
| E-mail: | | UF: | |
| I. E. nº: | 392.127.255.117 | CNPJ nº: | 15.725.489/0001-36 |


| Item | Quant. | Unid | Especificação do Produto | Marca | Notas da Comissão de Avaliação | | | | | Média | % de Aceitação | Resultado Final | |
|------|--------|-------|---|----------|--------------------------------|---|---|-----|------|-------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Q | D | R | C/B | EMB. | | | | COMP. |
| 11 | 1 | Refil | Sabonete líquido próprio para higienização das mãos, refil de 800ml, para saboneteira dosadora. Validade mínima de 24 meses. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto | Agi Pró | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 47 | 1 | Bolsa | Gel clínico para meios de contato (condutor de impulsos) solúvel em água, não gorduroso, não escorre, hipoalérgico e isento de sais de álcool, portando não resseca o cabeçote de equipamentos. Em bolsa de 2000 kg. Indicado para: Gel de ultrassom- gel eletrocardiograma Gel de luz intensa pulsada (LIP) Gel de TENS E FES | CliniGel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 82% | (A) Aprovado |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------------|
| 49 | 1 | Unidade | Avental descartável para paciente , sem manga, em TNT (tecido não tecido), gramatura 20 g .com tiras para amarrar no pescoço e cintura | Clean | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 80% | (A) Aprovado |
| 56 | 1 | Unidade | Lençol de papel hospitalar, produzido de fibras de celulose, macio, hipoalérgico, descartável, de 70 cm por 50 metros | Rubi | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 81 | 1 | Unidade | Máscara de proteção descartável N95 confeccionado em não-tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina na parte interna; com meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletro estaticamente, classificação N95; com a parte externa composta por um não tecido tratado com material para não absorção de fluidos líquidos; com 02 bandas de elástico, 01 tira de espuma e 01 grampo de ajuste nasal para perfeita adaptação a face; uso em ambiente com risco de contaminação, e suas condições deverão atender plenamente a norma NBR 13698. | Atomos | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 85% | (A) Aprovado |
| 90 | 1 | Unidade | Atadura de gaze rayon de 7,5 cm x 5 metros em tecidos 1005 rayon, não estéril, uso único | Polarfix | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 85% | (A) Aprovado |
| 111 | 1 | Unidade | Preservativo masculino de látex não lubrificado contendo 144 unidades em cada caixa | Madeitex | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 85% | (A) Aprovado |

| | |
|---------------|--|
| JUSTIFICATIVA | |
| | |
| | |


 Cassia Rafaela de Faccio
 Membro da Comissão


 José Carlos Felippin
 Membro da Comissão


 Joice Franco Moraes
 Membro da Comissão



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro



Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 12 de agosto de 2020

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Fornecedor: | ALFALAGOS LTDA | | |
| Endereço: | Av. Alberto Vieira Romão, nº 1700 | | |
| Bairro: | Distrito Industrial | Cidade: | Alfenas |
| CEP: | 37135-516 | Fone: | 35 3701-0450 |
| E-mail: | | MG | |
| I. E. nº: | 61.892.410.050 | CNPJ nº: | 05.194.502/0001-14 |


| Item | Quant. | Unid | Especificação do Produto | Marca | Notas da Comissão de Avaliação | | | | | | Média | % de Aceitação | Resultado Final |
|------|--------|----------|---|------------|--------------------------------|---|---|-----|------|-------|-------|----------------|-----------------|
| | | | | | Q | D | R | C/B | EMB. | COMP. | | | |
| 12 | 1 | Unidade | Sulfadiazina de prata; em creme, tubo de 50 grs. Composição: cada g de creme contém - sulfadiazina de prata 10 mg. Excipiente: álcool cetosteárilico, lauril sulfato de sódio, vaselina líquida, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno butil hidroxitolueno e água deionizada. | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 57 | 1 | Unidade | Termômetro clínico digital com ponta rígida e bip sonoro, com marcação em graus Celsius para uso pediátrico e adulto. | Multilaser | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 60 | 1 | Conjunto | lidocaína geleia 2%, bisnaga de 30 gramas | Pharlab | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 88% | (A) Aprovado |
| 80 | 1 | Conjunto | Ampolas de glicose a 25% com 10 ml. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Apresentar registro no ministério da saúde | Farmace | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 77% | (R) Reprovado |

[Handwritten signatures]


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|
| 96 | 1 | Unidade | Equipo microgotas flexível com injetor lateral 150cm com lanceta perfumante para conexão ao recipiente de solução, câmara para visualização de gotejamento, filtro de partícula (abertura 15 micra), de acordo com anorma nbr iso 8536-4, extensão em pvc cristal, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, conexão luer para dispositivo de acesso venoso. | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
|----|---|---------|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|

JUSTIFICATIVA

ITEM 80 REPROVADO- Não atendeu ao descritivo, ampola não apresentou data de fabricação



Cássia Rafaela de Faccio
Membro da Comissão



José Carlos Felippin
Membro da Comissão



Joice Franco Moraes
Membro da Comissão



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



| | |
|--------------------|----------|
| Nº CONTROLE | 0 |
|--------------------|----------|

pág. 01/01

Data: Socorro, 12 de agosto de 2020.

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020**

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--|
| Fornecedor: | Nacional Comercial Hospitalar AS | | | | | |
| Endereço: | Av. Dr. Celso Charuri, nº 7500 | | | | | |
| Bairro: | Jardim Manoel Penna | | | Cidade: | Ribeirão Preto | |
| CEP: | 14098-515 | | Fone: | 16 3963-9090 | | |
| E-mail: | | | UF: | | | |
| I. E. nº: | 582.156.635.119 | | CNPJ nº: | 52202744/0001-92 | | |

Nacional Comercial Hospitalar AS

| Item | Quant. | Unid | Especificação do Produto | Marca | Notas da Comissão de Avaliação | | | | | | Média | % de Aceitação | Resultado Final |
|------|--------|---------|---|------------|--------------------------------|---|---|-----|------|-------|-------|----------------|-----------------|
| | | | | | Q | D | R | C/B | EMB. | COMP. | | | |
| 17 | 1 | frasco | Fixador celular de 100 ml (para fixação de esfregaços celulares em lâminas) com a seguinte composição: álcool etílico extra fino (95%); carbowax (2,5%); propelente-butano 35%. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 19 | 1 | unidade | Algodão hidrófilo - composição 100% algodão, alvejado, isento de amido, produtos químicos e corantes, que possam agredir a pele - rolo com 500g. | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 22 | 1 | litro | Clorexidina Degermante 2% - Solução degermante para uso na degermação de mãos e braços e assepsia da pele. Composição: cada 100ml contém: digluconato de clorexidina 2g – excipiente...q.s.p. 100ml. Não alcoólica. Frasco de 1000ml. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto. | Rioquímica | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 87% | (A) Aprovado |
| 28 | 1 | Unidade | Pinça cheron, plástica, descartável, estéril. | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |

G P B.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|----------|---|---|---|---|----|----|---|-----|---------------|
| 48 | 1 | pacote | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila estéril, 100% algodão, de 7,5 cm por 7,5 cm fechada, 15 cm por 30 cm aproximadamente dimensão aberta – 08 camadas, 04 ou 05 dobras, 13 fios por cm ² - isento de impurezas. Pacotes com 10 unidades. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto | Lívia | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 88% | (A) Aprovado |
| 53 | 1 | frasco | AGE-ácidos graxos essenciais - loção oleoso a base de AGE, proporção balanceada entre ácido linoleico e oleico, proporciona um processo de cicatrização mais rápido e prevenção do surgimento de feridas, produto deve ser indicado para ser aplicado em pele íntegra ou lesada, composto por ácido linoleico, ácido oleico, ácido caprilíco, ácido capríco, ácido láurico, ácido palmítico, ácido mirisático, ácido esteárico, palmitato de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. Indicado para feridas com classe de risco III. frasco 200 ml | Nutriex | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 63% | (R) Reprovado |
| 59 | 1 | unidade | sonda foley 2v nº 20 com balão de 05cc a 10 cc, com duas vias nas extremidades diestral e proximal (ponta de vera ser arredondada com orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). balão resistente de alta pressão e de fácil insuflação; sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 64 | 1 | unidade | Equipo para Nutrição Enteral - Composto de Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara flexível para visualização gotejamento; Extensão em PVC azul (evita conexão acidental com acesso venoso); Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; Conexão luer para dispositivo de acesso venoso; estéril, atóxico, apirogênico. Em unidade. | Medsonda | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 90% | (A) Aprovado |


Handwritten signature and initials.


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|----------|---|---|---|---|---|----|---|-----|---------------|
| 68 | 1 | unidade | Sonda uretral nº08 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagens de fluidos (secreções ou excreções). Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga. Compostas de tubo de PVC 400 mm, atóxico, flexível, com modelo de furação específica e conector com tampa. Espessura da sonda 4mm. Estéril, atóxica, apirogênica, descartável. Em unidade | Medsonda | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 90% | (A) Aprovado |
| 69 | 1 | unidade | Sonda uretral nº10- Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagens de fluidos (secreções ou excreções). Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga. Compostas de tubo de pvc 400 mm, atóxico, flexível, com modelo de furação específica e conector com tampa. Espessura da sonda 4mm. Estéril, atóxica, apirogênica, descartável. Em unidade. | Não veio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (R) Reprovado |
| 70 | 1 | unidade | Sonda uretral nº12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagens de fluidos (secreções ou excreções). Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga. Compostas de tubo de PVC 400 mm, atóxico, flexível, com modelo de furação específica e conector com tampa. Espessura da sonda 4,5 mm. Estéril, atóxica, apirogênica, descartável. Em unidade | Medsonda | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 90% | (A) Aprovado |
| 87 | 1 | unidade | Sonda de foley 2v nº 24 com balão de 05cc A 10 cc, com duas vias nas extremidades diestral e proximal (ponta devera ser arredondada com orificios laterais em lados opostos e na mesma altura). Balão resistente de alta pressão e de fácil insufalação, sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente. Válvula de insulflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora: sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada com ponta distal atramática, embalagem atóxica, esterilizada por raio gama, produto com validade. garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | Solidor | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 90% | (A) Aprovado |


Q D B

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---|----------|---|---|---|---|----|----|---|-----|--------------|
| 88 | 1 | unidade | Torneira 3 Vias Luer Lock - Desenvolvida Para Aplicação De Medicamentos Em Terapias Intravenosas Contínuas E Intermitentes, Possuindo Função De Duplicador De Acesso Venoso. Fabricada Em Polímero Policarbonato, Possuindo Três Diferentes Vias Para Administração De Medicamentos, Com Corpo Transparente, Atóxica E Apirogênica E Estéril. | MarkMed | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 83% | (A) Aprovado |
| 102 | 1 | unidade | Escova cervical estéril descartável atóxica. Confeccionada em plástico rígido com cerdas de nylon. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico. | Kolplast | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 88% | (A) Aprovado |

| JUSTIFICATIVA | |
|---------------|--|
| ITEM | REPROVADO - Não atende o descritivo em relação à composição dos ácidos |
| 53 | |


 Cássia Rafaela de Faccio
 Membro da Comissão


 José Carlos Felippin
 Membro da Comissão


 Joice Franco Moraes
 Membro da Comissão



**Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro**



Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 12 de agosto de 2020

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020**


| | | | | | |
|--------------------|--|--|--------------|-----------------|---------------------|
| Fornecedor: | Pontual Comercial Eireli | | | | |
| Endereço: | Estrada dos Romeiros, KM 38,5 - Galpão 138 | | | | |
| Bairro: | Votuparim | | | Cidade: | Santana de Parnaíba |
| CEP: | 06513-001 | | Fone: | 11 3823-3030 | |
| E-mail: | | | | SP | |
| I. E. nº: | 623.1/8.168.114 | | | CNPJ nº: | 01.854.654/0001-45 |


| Item | Quant. | Unid | Especificação do Produto | Marca | Notas da Comissão de Avaliação | | | | | Média | % de Aceitação | Resultado Final |
|------|--------|------|--------------------------|-------|--------------------------------|---|---|-----|------|-------|----------------|-----------------|
| | | | | | Q | D | R | C/B | EMB. | | | |

QPB

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---------------|
| 82 | 1 | Unidade | Colar cervical de resgate p descrição técnica: o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; o colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; deverá ser totalmente radio lucente; o velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: tamanho pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; cor do velcro: Azul Royal. | Resgate SP/Ortofe x Indústria | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 63% | (R) Reprovado |
|----|---|---------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---------------|

| JUSTIFICATIVA | |
|---------------|---|
| Item 82 | REPROVADO - o item não atende ao descritivo em relação à ficha tecnica do produto |


 Cassia Rafaela de Faccio
 Membro da Comissão


 José Carlo Felippin
 Membro da Comissão


 Joice Franco Moraes
 Membro da Comissão