



# Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 23 de setembro 2020.

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS  
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

<b>Fornecedor:</b>	MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
<b>Endereço:</b>	Rua Anhanguera, nº 876					
<b>Bairro:</b>	Jardim Piratininga			<b>Cidade:</b>	Osasco	
<b>CEP:</b>	06230-110		<b>Fone:</b>	11 3602-6880		
<b>E-mail:</b>				<b>SP</b>		
<b>I. E. nº:</b>	492.395.989.110		<b>CNPJ nº:</b>	03.434.334/0001-61		


Item	Quant	Unid	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Média	% de Aceitaçã	Resultado Final
					Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.			
18	1	unidade	Solução antisséptica; uso em antisepsia para as mãos, associado a emoliente, sem corante e sem fragrância; a base de álcool etílico ou álcool isopropílico entre 65%p/p(72% v/v) a 85%p/p(89% v/v); apresentação em bolsa plástica com 800ml, válvula anti-entupimento e anti-vazamento; ação bactericida, compatível dispensador plástico sem reservatório 16x10,5x9(AxLxP) e refil "bag in box"; forma farmacêutica gel alcoólico, o produto não poderá apresentar irritabilidade dérmica.	Medimport	6	6	6	6	6	6	6	60%	(R) Reprovado


38	1	caixa	Lâmina cirúrgica para bisturi, em aço carbono ou inox, nº 15, estéril, atóxica, descartável, embaladas individualmente em película laminada. Caixa com 100 unid.	Medimport	6	6	6	6	6	6	6	60%	(R) Reprovado
39	1	caixa	Lâmina cirúrgica para bisturi, em aço carbono ou inox, nº 22, estéril. Atóxica, descartável, embaladas individualmente em película laminada caixa com 100 unid.	Medimport	6	6	6	6	6	6	6	60%	(R) Reprovado
53	1	frasco	AGE-ácidos graxos essenciais - loção oleosa a base de AGE, proporção balanceada entre ácido linoleico e oleico, proporciona um processo de cicatrização mais rápido e prevenção do surgimento de feridas, produto deve ser indicado para ser aplicado em pele íntegra ou lesada, composto por ácido linoleico, ácido oleico, ácido caprilílico, ácido caprílico, ácido láurico, ácido palmítico, ácido mirisático, ácido esteárico, palmitato de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. Indicado para feridas com classe de risco III. frasco 200 ml	Medimport	7	7	7	8	9	10	8	80%	(A) Aprovado
54	1	frasco	Clorexidina aquosa 0,2 % (solução aquosa). Composição: digluconato de clorexidina, glicerina, essência floral e água deionizada. Frasco de 1.000 ml constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto.	Medimport	8	8	8	8	8	10	8	83%	(A) Aprovado

66	1	frasco	Solução fisiológica 0,9% de cloreto de sódio - Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Composição: Cloreto de sódio.....0,9g; Excipientes: água para injeção q.p.s .....100 ml. Embalagem em polipropileno transparente; alça giratória 360 ° e retrátil; lacre de segurança metálico; Bico com duas entradas, para inserção de medicamentos. Frascos de 250 ml.	Medimport	9	9	9	9	10	10	9	93%	(A) Aprovado
67	1	frasco	Solução fisiológica 0,9% de cloreto de sódio - Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Composição: Cloreto de sódio.....0,9g; Excipientes: água para injeção q.p.s .....100 ml. Embalagem em polipropileno transparente; alça giratória 360 ° e retrátil; lacre de segurança metálico; Bico com duas entradas, para inserção de medicamentos. Frascos de 500 ml.	Medimport	9	9	9	9	10	10	9	93%	(A) Aprovado
80	1	ampola	Ampolas de glicose a 25% com 10 ml. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação e procedência, numero do lote, data de fabricação e validade. Apresentar registro no ministério da saúde	Medimport	6	6	6	6	6	6	6	60%	(R) Reprovado

85	1	frasco	Solução fisiológica 0,9% de cloreto de sódio - Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Composição: Cloreto de sódio.....0,9g; Excipientes: água para injeção q.p.s .....100 ml. Embalagem em polipropileno transparente; alça giratória 360 ° e retrátil; lacre de segurança metálico; Bico com duas entradas, para inserção de medicamentos. Frascos de 100 ml.	Medimport	9	9	9	9	10	10	9	93%	(A) Aprovado
----	---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	---	---	---	----	----	---	-----	--------------

JUSTIFICATIVA	
Item 18	Reprovado pois não foi enviado amostra do produto para avaliação, somente a ficha técnica do produto.
Item 38	Reprovado pois foi enviado tamanho diferente do solicitado no descritivo. Enviado tamanho 24.
Item 39	Reprovado pois foi enviado tamanho diferente do solicitado no descritivo. Enviado tamanho 24.
Item 80	Reprovado pois não atendeu ao descritivo, ampola não apresenta data de fabricação.

  
 Cássia Rafaela de Fácchio  
 Membro da Comissão

  
 Joice Ap. Soares Pinto  
 Membro da Comissão

  
 Joice Franco Moraes  
 Membro da Comissão