



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

8

Nº CONTROLE	0
-------------	---

pág. 01/01

Data: Socorro, 23 de setembro de 2020.

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 026/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

Fornecedor:	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA				
Endereço:	Avenida 12, 2606				
Bairro:	Jardim São Paulo			Cidade:	Rio Claro
CEP:	13503-019		Fone:	19 3023-3480	
E-mail:			UF:		
I. E. nº:	587.072.430.116		CNPJ nº:	57.365.116/0001-41	


Item	Quant.	Unid	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação					Média	% de Aceitação	Resultado Final
					Q	D	R	C/B	EMB.			


8
8
8


82	1	Unidade	Colar cervical de resgate p descrição técnica: o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; o colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; deverá ser totalmente radio lucente; o velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: tamanho pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; cor do velcro: Azul Royal.	Não veio	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	(R) Reprovado
112	1	unidade	Tesoura spencer em inox, de 12 cm, para retirada de pontos. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto.	Não veio	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	(R) Reprovado
113	1	unidade	Pinça anatômica media, de inox, de 14 cm de comprimento. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto	Não veio	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	(R) Reprovado

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner of the page.

JUSTIFICATIVA	


Cássia Rafaela de Fácio
Membro da Comissão


Joice Ap. Soares Pinto
Membro da Comissão


Joice Franco Moraes
Membro da Comissão