



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

Nº CONTROLE

0

pág. 01/02

Data: Socorro, 21 de julho de 2021.

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 022/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de diversos materiais e produtos de uso Hospitalar em caráter emergencial que serão usados nas Unidades de Saúde do Município.

Forneecedor:	Vital Hospitalar Comercial Ltda.				
Endereço:	Av. da Aldeia, nº 322				
Bairro:	Jardim Iracema			Cidade:	Barueri
CEP:	06440-000		Fone:	11 2789-2651	
E-mail:		UF:			
I. E. nº:	206.478.456-116		CNPJ nº:	61.610.283/0001-88	


LOTE 04


Item	Quant.	Unid	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação					Média	% de Aceitação	Resultado Final
					Q	D	R	C/B	EMB.			
4.1	500	dúzias	Atadura de crepe composta por no mínimo 90% de algodão cru, poliéster e elastano, confeccionado em teares de alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, medindo 10 cm por 1,8 metros em repouso de 13 fios por cm. Embalagens pesando no mínimo 21,8 gr, não estéril. Constituída de fios de algodão cru, poliéster e elastano, com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid. De acordo com a NBR 14056.	Orthocrem	7	7	7	7	7	7	70%	(R) Reprovado


[Handwritten signatures]

4.2	800	dúzias	Atadura de crepe composta por no mínimo 90% de algodão cru, poliéster e elastano, confeccionado em teares de alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, medindo 06 cm por 1,8 metros em repouso de 13 fios por cm. Embalagens pesando no mínimo 13,3 gr, não estéril. Constituída de fios de algodão cru, poliéster e elastano, com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, condicionadas em pacotes plásticos de 12 unid. De acordo com a NBR 14056.	Orthocrem	7	7	7	7	7	7	7	70%	(R) Reprovado
4.3	500	dúzias	Atadura de crepe composta por no mínimo 90% de algodão cru, poliéster e elastano, confeccionado em teares de alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, medindo 15 cm por 1,8 metros em repouso de 13 fios por cm. Embalagens pesando no mínimo 32,7 gr, não estéril. Constituída de fios de algodão cru, poliéster e elastano, com bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, constando dados de identificação e procedência, acondicionadas em pacotes plásticos de 12 unid. De acordo com a NBR 14056.	Orthocrem	7	7	7	7	7	7	7	70%	(R) Reprovado

Observação: Os itens 4.1, 4.2, 4.3, não atendem os descritivos. Miligramagem, comprimento em repouso e composição.


 Cássia Rafaela de Faccio
 Membro da Comissão


 José Carlos Felippin
 Membro da Comissão


 Joice Ap. Soares Pinto
 Membro da Comissão