



Socorro, 10 de Janeiro de 2022

Ofício nº 01

Resposta A/C da pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo

Pregão nº 09/2022

Venho , através deste, esclarecer que no edital da proposta , o descritivo traz como leitura da hemoglobina a espectrofotometria, método considerado, mais sensível que a colorimetria, e usado pela grande maioria do analisadores automáticos para Hematologia.

Como se trata de Emenda Parlamentar, não posso me desviar do descritivo.

Dra. Rozinéia Ap. Golo Tinti  
Chefe de Supervisão do Laboratório Municipal

A/c da pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo