

AO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO/SP

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – PROCESSO Nº 083/2021

**MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS Eireli-Epp**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Cidade de Ribeirão Preto - SP, na Rua José da Costa Teixeira, 546, Recanto das Flores, CNPJ 07.776.581/0001-05, por intermédio de seu advogado e bastante procurador que abaixo subscrevem, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fundamento no artigo **4º, inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002**, interpor

## RAZÕES RECURSAIS

### ITEM 1 – ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO

contra o conteúdo da decisão que desclassificou nossa empresa, nos impedindo de participar da disputa do item, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

#### I. DOS FATOS

O presente certame tem por objeto “Aquisição de um Analisador Automático para Hematologia, para o Laboratório Municipal, a ser adquirido através de recursos federais, através da Emenda Parlamentar 15270023, proposta 11728.0590000/1200-06”, cujas especificações e outras exigências habilitatórias encontram-se detalhadas no edital e seus anexos.

Esta RECORRENTE, foi desclassificada da fase de disputa, sob a alegação de o equipamento ofertado não atender ao exigido no edital, porém esta ação foi infundada, pois os motivos da desclassificação não são verídicos e podem ser verificados no folder apresentado junto com a proposta.

Pelo citado fato, deve-se reformar a respeitável decisão que declarou, provisoriamente a arrematante do certame.

#### II. DA TEMPESTIVIDADE

A previsão para apresentação das presentes Razões Recursais está contida na norma



do **artigo 4º, inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002<sup>1</sup>**, não estando sujeita ao pagamento de taxas de protocolo, custas de preparo ou emolumentos de qualquer natureza para seu recebimento.

A RECORRENTE declarou imediatamente sua intenção de recurso e, agora, ao ser solicitado o envio da peça de RAZÕES RECURSAIS, o faz dentro do prazo de 3 dias úteis, excluído o dia da convocação.

Portanto, tempestiva é a presente peça de interposição de razões recursais.

### III. DO DIREITO

Abaixo, é descrito um dos motivos de nossa desclassificação motivo de nossa desclassificação:

“Desclassificado, por método de leitura ser colorimétrico e não por espectrofotométrico como pedido no referido Edital....”

O exigido no edital é o seguinte:

“Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, **Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina).** ...”

Como pode ser facilmente observado no folder do equipamento, nossa empresa atende a esta exigência (abaixo trecho recortado do folder):

**03. Leitura espectrofométrica de hemoglobina**  
(cianometahemoglobina) - (HGB concentração).

---

E o segundo motivo de nossa desclassificação foi o seguinte:

“... e ser de 25 parâmetros retratáveis (o restante é de pesquisa e não tem relevância para Laboratório de análises clínicas) e não 26 como pedido no Edital.”

O exigido no edital é o seguinte:

“Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos



(valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); ...”

Como pode ser verificado no folder do equipamento ofertado anexado junto à proposta, ele realiza TODOS os exames citados no descritivo, e inclusive analisa TODOS os exames que o equipamento ofertado pela atual arrematante realiza, além de outros parâmetros de pesquisa adicionais. Portanto questionamos primeiramente, por que o nosso equipamento foi desclassificado o da atual arrematante não? E em segundo, se o equipamento realiza todos os exames citados, e não é exigido no próprio descritivo, que não são aceitos na contagem de 26, os parâmetros de pesquisa, por que exigir após a apresentação das propostas?

#### IV. DOS PEDIDOS

Ante as razões de fato e de direito expostas, requer-se:

a) sejam recebidas e conhecidas as presentes Razões Recursais, por preencherem os pressupostos recursais, a saber, tempestividade, interesse recursal e legitimidade;

b) reconheça-se o mérito de provimento ao Recurso Administrativo, e que, este processo seja remarcado, e que esta RECORRENTE tenha sua proposta aceita, e possa participar da fase de lances do item, e ainda neste caso, a Prefeitura terá CONSIDERÁVEL, diminuição no valor de aquisição, o que vai de encontro com o interesse da Administração Pública, e os princípios de isonomia previstos na Lei 8666/93.

Termos em que, pede deferimento.

Ribeirão Preto, 23 de dezembro de 2021.

**Dr. Ricardo dos Reis Silveira**

**OAB: 170776**



**Max Diagnóstica Com e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli-Epp**

**CNPJ: 07.776.581/0001-05**

**Hamilton Bianco**

**CPF: 127.629.658-45**

**Diretor Geral/Representante Legal**



# Hematology Analyzer **Z5**



- ✓ 60 TESTES/HORA
- ✓ 5 PARTES DIFF
- ✓ 29 PARÂMETROS

- ✓ APENAS TRÊS REAGENTES
- ✓ MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO



MODERNO

COMPACTO

PRECISO

ECONÔMICO



16 3235 6130

[www.zybio.com.br](http://www.zybio.com.br)

[comercial@zybio.com.br](mailto:comercial@zybio.com.br)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCLUSIVA ESTRUTURA  
100% AÇO INOXIDÁVEL

Sensível

Fácil de usar

Preciso

## PARÂMETROS

01. Contagem total de leucócitos (células brancas) - (WBC / GB).
02. Contagem total de eritrócitos (glóbulos vermelhos) - (RBC / GV).
03. Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) - HGB concentração.
04. Determinação hematócrito (HCT).
05. Determinação de volume corpuscular médio do tamanho das células (MCV / VCM).
06. Determinação da hemoglobina corpuscular média (MCH / HCM).
07. Determinação concentração hemoglobina corpuscular média (MCHC / CHCM).
08. Determinação do índice de anisocitose (RDW-SD).
09. Contagem total de plaquetas (PLT).
10. Contagem total de plaquetócitos (PCT).
11. Determinação do volume plaquetário médio (MPV / VPM).
12. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas (PDW / ADP).
13. Contagem de linfócitos, valor absoluto (LYM#).
14. Porcentagem de linfócitos, valor relativo (LYM% / LYMPH).
15. Contagem de monócitos, valor absoluto (MON#).

16. Porcentagem de monócitos, valor relativo (MON%).
17. Contagem de neutrófilos, valor absoluto (NEU#).
18. Porcentagem de neutrófilos, valor relativo (NEU%).
19. Contagem de eosinófilos, valor absoluto (EOS#).
20. Porcentagem de eosinófilos, valor relativo (EOS%).
21. Contagem de basófilos, valor absoluto (BAS#).
22. Porcentagem de basófilos, valor relativo (BAS%).
23. Contagem de linfócitos atípicos/anormais, valor absoluto (ALY# / LIA#).
24. Porcentagem de linfócitos atípicos/anormais, valor relativo (ALY% / LIA%).
25. Contagem de grandes células imaturas, valor absoluto (LIC# / GCI).
26. Porcentagem de grandes células imaturas, valor relativo (LIC% / GCI%).
27. Coeficiente de variação amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos (RDW-CV / ADVG-VC).
28. Taxa de células grandes e plaquetas (P-LCR).
29. Contagem de células grandes (P-LCC).

<b>Velocidade</b>	Capacidade de 60 amostras/hora.
<b>Aspiração / Amostra</b>	Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 18µl de amostra. Sangue venoso, sangue capilar e sangue pré-diluído.
<b>Sistema / Métodos</b>	COLORIMETRIA (HGB), IMPEDÂNCIA elétrica e 3 ângulos de DISPERSÃO DO LASER por CITOMETRIA DE FLUXO; <ul style="list-style-type: none"><li>• Possui canal duplo com método óptico real para diff e basófilos com melhor desempenho na contagem do que os tradicionais métodos de impedância.</li><li>• Utiliza corante químico para melhor diferenciação de 5 partes-diff WBC, mesmo em amostras com alto eosinófilo.</li><li>• Reagente sem cianeto para medição de HGB.</li><li>• Contagem diferencial de populações leucocitárias por citoquímica, impedância e óptica por laser.</li><li>• Sistema de homogeneização múltipla de alta tecnologia, sem uso de "shear valve" para amostras / reagentes.</li></ul>
<b>Limpeza</b>	Limpeza automática interna e externa da agulha de aspiração remoção de obstrução.
<b>Calibração</b>	Automática com opção de manual.
<b>Histogramas</b>	3 histogramas para os parâmetros (WBC, RBC e PLT).

<b>Scattergramas</b>	2 scattergramas para os parâmetros.
<b>Software</b>	Moderno, prático e intuitivo. 100% em português, com controle de qualidade (CQ) completo.
<b>Amostras / Identificação</b>	Identificação alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética. Com limites de pacientes programáveis.
<b>Alarmes</b>	Múltiplas sinalizações inteligentes para indicar diferenciação e morfologia anormal das células sanguíneas, com alarmes para patológicos de série vermelha, série branca, plaquetas e para falhas de contagem.
<b>Impressora</b>	Acompanha impressora interna, com possibilidade de adicionar externa.
<b>Portas / Interface</b>	4 Portas USB, com opção para RS232 e 1 porta LAN Ethernet, permitindo Interface bidirecional, incluindo gráficos e matriz.
<b>Monitor</b>	Tela touchscreen 8.4" e colorida.
<b>Leitor Código de Barras</b>	Porta dedicada para leitor de código de barras.
<b>Memória</b>	Capacidade para 100.000 resultados de pacientes, incluindo gráficos.
<b>Alimentação</b>	Bi-volt automático. Voltagem: 110V ~ 240V - 50/60Hz.
<b>Dimensões e Peso</b>	L 23cm / P 41,5cm / A 43,5cm - 24kg.
<b>Registro ANVISA/MS</b>	80258020102 Fabricante: Zybio Incorporation.