



Socorro, 08 de Fevereiro de 2022

Ofício nº 09

Pregão Presencial Nº 009/2021 - Aquisição de um Analisador Automático para Hematologia, para o Laboratório Municipal.

Em análise ao recurso interposto pela empresa MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS segue parecer da equipe técnica do Laboratório Municipal de Socorro após análise detalhada quanto aos equipamentos ofertados.

A empresa MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS apresentou o equipamento ZYBIO Z5 onde as informações contidas nos materiais técnicos apresentados NÃO ATENDEM as características solicitadas no edital.

Quanto ao Anexo I – Termo de Referência

....”Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofotométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina)....”

O equipamento ofertado pela Empresa MAX DIAGNÓSTICA deixa bem claro no descritivo da ficha técnica que o “SISTEMA/MÉTODOS: COLORIMETRIA (HGB)” apresenta leitura colorimétrica para hemoglobina em desacordo com o solicitado no descritivo técnico.

A leitura por espectrofotometria se faz exigência em função de sua relevância para um resultado mais preciso uma vez que essa metodologia utiliza uma faixa mais ampla de comprimentos de onda.

Sendo assim, a conclusão da equipe técnica é que deve ser mantida a desclassificação da empresa MAX DIAGNÓSTICA, uma vez que o equipamento não atende aos requisitos técnicos solicitados no Edital.

Sem mais,

Dra. Rozinéia Apª Golo Tinti

Chefe de Supervisão do Laboratório Municipal

À Pregoeira

Lilian Mantovani Pinto de Toledo