



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro



Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 11 de maio de 2022.

LAUDO DE ANALISE DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 00011/2021/PMES – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Fornecedor:	Aramed Comercial Hospitalar Eireli-Me				
Endereço:	Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 142				
Bairro:	Centro			Cidade:	Campinas
CEP:	13013-160	Fone	19	3201-2926	
E-mail:				UF:	
I. E. nº:				CNPJ nº:	24.479.444/0001-10

LOTE	Quant.	Unid	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Média	% de Aceitação	Resultado Final
					Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.			
8	150	caixas	Item 1 - BOTA DE UNNA, medida de 10,16cm X 9,14m. pronta para uso composta de bandagem flexível (30% algodão e 70%poliéster), impregnada de pasta não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de ricino e vaselina ou petrolatum, com cobertura homogênea. Classe de Risco III, Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Caixa com 12 unidades.	HELIANTO	6	6	6	6	7	5	6	60%	(R) Reprovado

LOTE	ITEM	JUSTIFICATIVA
8	1	O produto não atende ao descritivo por não ter a composição de % de algodão e poliester exigida, e não estar classificado como classe de risco III na ANVISA

Cássia Rafaela de Faccio
Membro da Comissão

José Carlos Felippin
Membro da Comissão

Joice Ap. Soares Pinto
Membro da Comissão