



## ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA

### PROCESSO Nº 144/2023/PMES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023

**Objeto:** Registro de preços para Aquisição de insumos necessários ao tratamento do Diabetes Mellitus (seringa, lanceta, tiras reagentes/glicosímetros), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

#### PREÂMBULO

Após realizada as diligências, no dia 18 de março de 2024, às 8h00min, reuniram-se nas dependências Prefeitura Municipal- Sala da Licitação, situada à Avenida José Maria de Faria, nº 71, Centro, Socorro, SP, a Comissão especial designada para análise das amostras, composta pelos membros, Cássia Rafaela de Faccio, Joice Ap. Soares Pinto e Juliana de Carvalho, designados através da **Portaria 10085/2023**, para avaliação dos materiais. Sem a presença dos representantes. Iniciou-se a sessão explicando os critérios da avaliação que seguem abaixo.

#### REGISTRO DA SESSÃO

Aberta a sessão procedeu-se a avaliação das amostras dos produtos apresentados pelas empresas:

- DAKFILM COMERCIAL LTDA;
- OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA

#### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

##### 3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS:

3.1 - Para fins de avaliação técnica das amostras dos materiais e/ou produtos apresentados serão analisados os seguintes itens:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



- \* Densidade do produto;
- \* Durabilidade e Resistência;
- \* Rentabilidade;
- \* Composição Química nos termos do Edital;
- \* Especificações nos termos do Edital;
- \* Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do produto, através da seguinte metodologia:
  - Verificação, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade;
  - Verificação através da comparação com produtos de qualidade renomada (líderes de mercado), para comprovar a similaridade, a fim de obter produtos de melhor qualidade;
- \* Realização de testes para averiguar a qualidade.
- \* Apresentação - Avaliação das embalagens em sua forma de apresentação, a fim de verificar-se a qualidade e segurança no transporte dos produtos de modo a evitar acidentes. Os rótulos, a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade, informações sobre o manuseio do produto, precauções, responsável técnico e demais informações sobre a composição do produto.

Serão, considerados aprovados, apenas os produtos e/ou materiais que obtiverem índice igual ou superior a **80% (oitenta por cento)** de aceitabilidade.

Para fins de entendimento da porcentagem de aceitabilidade, fica estabelecido o seguinte critério:

- ➔ Cada membro da Comissão avaliará os produtos segundo os critérios acima, atribuindo-lhes uma nota de 00 (zero) a 10 (dez), sendo obedecida a seguinte nomenclatura:
  - ➔ **Q = NOTA ATRIBUÍDA PARA A QUALIDADE DO PRODUTO;**
  - ➔ **D = NOTA ATRIBUÍDA À DURABILIDADE;**
  - ➔ **R = NOTA ATRIBUÍDA À RENTABILIDADE;**
  - ➔ **C/B = NOTA ATRIBUÍDA AO CUSTO/BENEFÍCIO;**
  - ➔ **EMB = NOTA ATRIBUÍDA À EMBALAGEM;**
  - ➔ **COMP. = NOTA ATRIBUÍDA À COMPOSIÇÃO;**

Exemplo:

Notas da Comissão Avaliação



Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.
9,5	8	8,5	9	8	10

- O próximo campo a ser preenchido será o da média aritmética seguindo a seguinte fórmula: Soma das notas estabelecidas nos itens acima especificados e divididas por 06 (seis);

**Exemplo:**

Notas da Comissão Avaliação						Média
Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.	
9,5	8	8,5	9	8	10	8,833
8	7	8	8	8	9	8

- A porcentagem de aceitabilidade está diretamente condicionada à nota média, sendo que para mensuração desta porcentagem deverá ser multiplicada a nota da média pelo fator 10 (DEZ).

**Ex:**

Média: 8,833

Percentual:  $8,833 \times 10 = 88,33\%$

- Para fins de análise dos produtos, é obrigatório o preenchimento dos campos com a especificação do produto, o nº do item ao qual corresponde e sua marca;
- O resultado final deverá ser expresso da seguinte maneira:
- Quando o item for considerado compatível com as necessidades do setor solicitante, será considerado **APROVADO**, devendo constar a seguinte expressão (A);
  - Quando o item não atender às necessidades mínimas do setor solicitante, será considerado **REPROVADO**, devendo constar a seguinte expressão (R);

\*

**EXEMPLO:**

- 1) Avaliação de cada produto e/ou material:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Item	Produto	Marca	Notas da Comissão Avaliação					Média	% de Aceitação	(A) Aprovado (R) Reprovado	
			Q	D	R	C/B	EMB.				COMP.
01	SERINGA	ABC	9,5	8	8,5	8,5	8	10	8,75	87,5%	(A)
02	ESPARADR APO	Y	8	7	8	8	8	9	8	80	(A)

2) Avaliação Geral de cada produto e/ou material:

Produto	Empresa	Notas da Comissão Avaliação					Média	% de Aceitação	(A) Aprovado (R) Reprovado	
		Q	D	R	C/B	EMB.				COMP.
SERINGA	XY	7	5	7	7	5	5	6	60	(R)

### CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada as avaliações a comissão responsável apresentou os laudos de análise, individualmente por empresa, sendo os mesmos laudos anexados a presente ata.

DAKFILM COMERCIAL LTDA:

Avaliação dos Itens:

Item 1 – APROVADO

Item 2 – APROVADO

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO  
HOSPITALARES LTDA.

Avaliação dos itens:

Item 3 – APROVADO

Item 4 – APROVADO



### OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Durante a sessão também foram avaliados os Registro dos produtos junto a ANVISA e as Autorizações de Funcionamento das empresas junto a ANVISA, e foi verificado que todas as empresas apresentaram os registros e autorizações em conformidade com as exigências do edital, as quais estavam regulares e vigentes.


Toda a sessão transcorreu de forma tranquila, não havendo nenhum fato que merecesse ser mencionado.

### ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Comissão nomeada, a presente ata será disponibilizada, em sua íntegra no site eletrônico da municipalidade ([www.socorro.sp.gov.br](http://www.socorro.sp.gov.br)), no link de licitações/comunicados para ciência dos interessados.

#### Membros da Comissão

  
Cassia Rafaela de Faccio

  
Joice Ap. Soares Pinto

  
Juliana de Carvalho



**Prefeitura Municipal da Estância de Socorro**

Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 18 de março de 2024.

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS  
PROCESSO Nº 144/2023/PMES – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**

**Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos necessários ao tratamento do Diabetes Mellitus (seringa, lanceta, tiras reagentes/glicosímetros), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.**

<b>Fornecedor:</b>	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.		
<b>Endereço:</b>	AV. ARNOLFO AZEVEDO, Nº 26	<b>Cidade:</b>	SÃO PAULO
<b>Bairro:</b>	PACAEMBU	<b>Fone:</b>	11 992824747
<b>CEP:</b>	01236-030	<b>UF:SP</b>	
<b>E-mail:</b>	licitacao@okbiotech.com.br	<b>CNPJ nº:</b>	36.441.185/0001-17
<b>I. E. nº:</b>	206.603.951.119		

Item	Quant.	Unid	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Resultado Final		
					Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.		Média	% de Aceitação
3	1	Unidade	Lanceta retrátil. Em aço inoxidável calibre de 28g, 0,36mm com lâmina perfuro cortante auto retrátil, não permitindo ser remontada ou reutilizada, e que dispense o uso de lancetador. Em conformidade com NR. 32 do Ministério do Trabalho e ANVISA. Com registro no Ministério da Saúde.	GLUCOLEADER HU	8	9	9	9	9	9	9	88%	(A) Aprovado
4	1	Unidade	Tira reagente para detecção de glicemia por metodologia amperométrica, com reação enzimática glicose desidrogenase, que não necessita de codificação (sem chip) ou calibração, com faixa de medição de 20mg/dl a 600mg/dl, aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl. Que não tenha interferência com oxigênio, medicamentos anti-inflamatórios e antitérmicos e que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal, tempo de leitura máximo em 10 segundos e capacidade de armazenamento de no mínimo 300 testes. As tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades, devendo apresentar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e data de validade. O prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. A empresa vencedora deverá incluir o fornecimento de 1.200 monitores de verificação novos, que deverão ser entregues, em regime de comodato ou doação, juntos com o primeiro pedido. Os medidores deverão ser substituídos quando apresentar defeitos de funcionamento e reposição imediata gratuita. A empresa também deverá se disponibilizar para treinamento do uso correto do aparelho caso seja solicitada. A empresa deve apresentar o certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA, Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Obs.: Deverá ser apresentada amostra para este item e juntamente o aparelho para avaliação.	OK INFINITE	9	8	9	9	9	9	9	88%	(A) Aprovado

*Cassia Rafaela de Faccio*  
**CASSIA RAFAELA DE FACCIO**  
Membro da Comissão

*Joice Aparecida Soares Pinto*  
**JOICE APARECIDA SOARES PINTO**  
Membro da Comissão

*Juliana de Carvalho*  
**JULIANA DE CARVALHO**  
Membro da Comissão



Prefeitura Municipal da  
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE  
**SOCORRO**  
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL  
Alunos: Vitor Hugo, Eliete L. - 2024

Nº CONTROLE

0

pág. 01/01

Data: Socorro, 18 de março de 2024.

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS  
PROCESSO Nº 144/2023/PMES – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**

**Objeto: Registro de preços para Aquisição de insumos necessários ao tratamento do Diabetes Mellitus (seringa, lanceta, tiras reagentes/glicosímetros), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.**

<b>Fornecedor:</b>	DAKIFILM COMERCIAL LTDA.		
<b>Endereço:</b>	RUA OURO GROSSO		
<b>Bairro:</b>	CASA VERDE , Nº1343	<b>Cidade:</b>	SÃO PAULO
<b>CEP:</b>	02531-011	<b>Fone:</b>	11 38578766
<b>E-mail:</b>	vendas@seringast.com.br	<b>UF:SP</b>	
<b>I. E. nº:</b>	112.539.090-119	<b>CNPJ nº:</b>	61.613.881/0001-00

Item	Quant.	Unid	Especificação do Produto	Marca	Notas da Comissão de Avaliação						Resultado Final			
					Q	D	R	C/B	EMB.	COMP.		Média	% de Aceitação	
1	1	unidade	Seringa 0,5 ml para insulina - 50 UI com agulha fixa de 6 mm x 0,25 mm - 31 G - Atóxica, capacidade de 50 UI, descartável, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50 UI, com divisões de 01 em 01 unidade, com agulha fixa hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco) extremidade proximal do embolo com pistão de vedação de borracha atóxica; apirogênica. Dimensões: 6 mm x 0,25 mm - 31 G, confeccionada em aço inoxidável, siliconado, nivelado, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel tri faciado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, embalada de material que permita barreira microbiana e abertura asséptica.	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA.	8	9	9	9	9	9	9	9	88%	(A) Aprovado
2	1	Unidade	Seringa 1 ml para insulina - 100 UI com agulha fixa de 6 mm x 0,25 mm - 31 G - Atóxica, capacidade de 100 UI, descartável, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI, com divisões de 02 em 02 unidades, com agulha fixa hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco) extremidade proximal do embolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Dimensões: 6 mm x 0,25 mm - 31 G, confeccionada em aço inoxidável, siliconado, nivelado, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, embalada de material que permita barreira microbiana e abertura asséptica.	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA.	9	8	9	9	9	9	9	9	88%	(A) Aprovado

*Cássia Rafaela de Faccio*  
CÁSSIA RAFAELA DE FACCIO  
Membro da Comissão

*Joice Aparecida Soares Pinto*  
JOICE APARECIDA SOARES PINTO  
Membro da Comissão

*Juliana de Carvalho*  
JULIANA DE CARVALHO  
Membro da Comissão