

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

ATA DE SESSÃO

Dispensa - Edital nº 019/2026 - Processo nº 043/2026

Ao(s) 23 dia(s) do mês de Fevereiro do ano de 2026, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Bruna Aparecida Pedroso de Moraes do(a) Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, inscrito no CNPJ sob o nº 46.444.063/0001-38, para proceder a sessão pública de Dispensa com o objetivo de Aquisição de Bens, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Dispensa, após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 2:29:30 PM do dia 27 de Fevereiro de 2026

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA	18.016.106/0001-49
SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06

LOTE 1 - Fase de Adjudicação

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Kit aparelho analisador fotocolorímetro digital, microprocessado, portátil, destinado à análise de cloro residual livre, cloro residual total e pH, para utilização em campo ou bancada, com leitura direta dos resultados. O equipamento deverá possuir operação simples, manuseio intuitivo e apresentar display com informações operacionais em língua portuguesa. O kit deverá permitir a utilização de reagentes líquidos, em pó ou em pastilha, compatíveis com o método analítico adotado. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS • Princípio de análise: Método colorimétrico DPD (Dietil-pfenilenodiamina) ou método equivalente tecnicamente reconhecido. • Normatização: Método 4500-Cl G – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ou norma técnica equivalente internacionalmente reconhecida. • Fonte de emissão: LED ou tecnologia equivalente. • Detector: Fotocélula de silício ou tecnologia equivalente. • Faixa de medição para cloro: o No mínimo de 0,00 a 5,00 mg/L e até, no mínimo, 10,00 mg/L. • Resolução: mínima de 0,01 mg/L. • Precisão fotométrica: desvio máximo de $\pm 2\%$. • Faixa de absorvância: compatível com análises colorimétricas de cloro residual. • Modo de leitura: manual e/ou automático, com possibilidade de definição de tempo de leitura pelo usuário, com exibição direta em mg/L e absorvância. • Calibração: automática ou semiautomática, com função de leitura de branco e armazenamento da calibração. • Curvas de usuário: permitir ajuste e inserção de curvas pelo usuário, compatíveis com reagentes comercialmente disponíveis. • Memória interna: capacidade para armazenamento de, no mínimo, 1.000 leituras, com possibilidade de consulta no próprio equipamento. • Display: tipo LCD ou tecnologia equivalente, com apresentação

de mensagens operacionais, diagnósticos, calibração e status de alimentação. • Teclado: adequado para operação em campo, resistente à umidade. • Desligamento automático: programável, visando economia de energia. **CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO** • Gabinete: confeccionado em material resistente, como ABS ou equivalente. • Grau de proteção: mínimo IP-67, resistente à poeira, umidade e respingos de líquidos, adequado para uso em campo e ambientes laboratoriais. • Dimensões: compatíveis com equipamento portátil. **INTERFACE E COMUNICAÇÃO** • Comunicação de dados: interface USB ou tecnologia equivalente, permitindo exportação de dados para sistemas informatizados, em formatos amplamente utilizados, sem vinculação a sistema proprietário específico. **ALIMENTAÇÃO** • Alimentação por fonte externa bivolt automático (100 a 240 Vac) e/ou por pilhas ou baterias, compatíveis com uso portátil. **COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO KIT** O kit aparelho analisador fotocolorímetro digital deverá ser fornecido acompanhado, no mínimo, de: • Maleta para transporte; • Cubetas compatíveis com o equipamento; • Adaptadores necessários para diferentes tipos de cubetas, se aplicável; • Fonte de alimentação; • Pilhas ou baterias; • Reagentes compatíveis para realização de, no mínimo, 100 testes de cloro residual livre, cloro residual total e pH, com validade mínima de 12 meses; • Manual de instruções em língua portuguesa; • Certificado de garantia. **GARANTIA** Garantia mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação

Quantidade: 1 Preço unitário: R\$ 2.840,00 Valor Final: R\$ 2.840,00 Marca/Modelo: DEL LAB / DLD-CPH

Valor Global (final): R\$ 2.840,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA	Participante 1	18.016.106/0001-49	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	DEL LAB / DLD-CPH	Sim
SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	Participante 2	03.220.288/0001-06	R\$ 2.999,00	R\$ 2.999,00	DEL LAB	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Dispensa, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Dispensa:

Bruna Aparecida Pedroso de Moraes

Agente de Contratação