

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 49/2026 - Processo nº 131/2026

Ao(s) 25 dia(s) do mês de Agosto do ano de 2026, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro(a) / Agente de contratação, Sr(a). Sílvia Carla Rodrigues de Moraes do(a) Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, inscrito no CNPJ sob o nº 46.444.063/0001-38, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Registro de Preços de Bens, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 3:41:10 PM do dia 31 de Agosto de 2026

Objeto do Edital: Registro de Preços para Aquisição de Tiras Reagentes para Determinação Quantitativa de Glicose no sangue capilar e Lancetas Descartáveis Estéreis, com fornecimento de Medidores de Glicemia Portáteis Digitais em regime de comodato, destinados ao monitoramento glicêmico e ao atendimento dos pacientes diabéticos acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Socorro - SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

Cepalab Laboratórios S.A	02.248.312/0001-44
CIRURGICA UNIÃO LTDA	04.063.331/0001-21
FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA	45.685.588/0001-00
GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39.707.683/0001-57
INVICTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.808.977/0001-57
Medlife Produtos Hospitalares Ltda	50.737.688/0001-65
Pactual Comercial Ltda	10.504.370/0001-10
SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74

LOTE 1 - Fase de Adjudicação

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em sangue capilar e venoso, com registro na ANVISA, e fornecimento de medidores de glicemia em comodato, sem ônus para a Administração, conforme especificações do edital.

Quantidade:	Preço	Valor	Marca/Modelo: ROCHE / ACCU-CHEK ACTIVE / RMS:
1.300.000	unitário:R\$ 0,5500	Final:R\$ 715.000,0000	81414020030 - 81414021688

Item nº 2 - Objeto: Lancetas estéreis, descartáveis e de uso único para punção digital, com dispositivo de segurança e retração automática da agulha, conforme especificações do edital.

Quantidade:	Preço	Valor	Marca/Modelo: UNIQUIMED / LANCETA DE SEGURANÇA /
550.000	unitário:R\$ 0,1200	Final:R\$ 66.000,0000	RMS: 10098710058

Valor Global (final):R\$ 781.000,0000

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA	Participante 3098	59.225.268/0001-74	R\$ 916.500,0000	R\$ 781.000,0000	Diversas	Não
Pactual Comercial Ltda	Participante 4542050	10.504.370/0001-10	R\$ 845.715,0000	R\$ 800.150,0000	MEDLEVENSOHN	Sim
CIRURGICA UNIÃO LTDA	Participante 3903240	04.063.331/0001-21	R\$ 949.500,0000	R\$ 802.000,0000	MEDLEVENSOHN	Não
INVICTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Participante 5275	57.808.977/0001-57	R\$ 2.280.000,0000	R\$ 915.000,0000	Diversas	Sim
FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA	Participante 161957305	45.685.588/0001-00	R\$ 916.500,0000	R\$ 916.500,0000	Diversas	Não

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
Cepalab Laboratórios S.A	Participante 39884115	02.248.312/0001-44	R\$ 916.500,0000	R\$ 458.000,0000	Diversas	Não
Justificativa						
Considerando a análise técnica a proposta será desclassificada por não atender integralmente as especificações constantes no edital, conforme segue: Leitura em gestantes NÃO COMPROVADO Validade sem redução após						

abertura NÃO ATENDE "III – ANÁLISE TÉCNICA Após conferência documental, verificou-se que o equipamento Medisign GH83 comprova diversos requisitos técnicos previstos no edital, dentre eles: Registro ANVISA vigente; Manual de instruções em língua portuguesa; Atendimento à norma ISO 15197:2013 mediante estudo de exatidão do fabricante; Codificação automática das tiras reagentes; Compatibilidade exclusiva entre medidor e tiras da mesma linha; Indicação de utilização por profissionais de saúde para monitoramento glicêmico em neonatos; Disponibilização de solução controle, cabo de transferência e acessórios previstos pelo fabricante. Entretanto, foram identificadas duas não conformidades de caráter eliminatório em relação ao Termo de Referência. 1. Ausência de comprovação para utilização em gestantes O edital exige expressamente que a proposta seja acompanhada de documentação técnica emitida pelo fabricante comprovando a leitura de sangue em gestantes e neonatos. Embora exista comprovação documental para neonatos, não foi localizado no manual, IFU, registro ANVISA ou ficha técnica qualquer declaração do fabricante validando o equipamento para utilização em pacientes gestantes. Dessa forma, o requisito permanece NÃO COMPROVADO. 2. Validade das tiras após abertura da embalagem O Termo de Referência estabelece que a abertura do frasco não poderá implicar redução do prazo de validade originalmente informado, desde que respeitadas as condições de armazenamento recomendadas. Contudo, as instruções de uso das tiras reagentes Medisign GH83 estabelecem expressamente que: "Descarte qualquer tira restante após 12 meses da primeira abertura do frasco." Tal condição reduz o prazo de utilização após abertura e diverge objetivamente da exigência editalícia, caracterizando NÃO ATENDIMENTO ao requisito técnico. IV – RESULTADO DA AVALIAÇÃO Requisito Eliminatório Situação ISO 15197:2013 ou superior ATENDE Leitura em gestantes NÃO COMPROVADO Leitura em neonatos ATENDE Registro ANVISA válido ATENDE Manual em português ATENDE Codificação automática ATENDE Compatibilidade medidor/tiras ATENDE Validade sem redução após abertura NÃO ATENDE Estabilidade das tiras ATENDE Baterias e acessórios ATENDE Índice de conformidade documental: 80% (8 de 10 requisitos eliminatórios atendidos). V – CONSIDERAÇÕES SOBRE DILIGÊNCIA Os itens referentes à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, substituição de aparelhos, treinamentos e suporte operacional não constam na bula ou manual do fabricante. Esses requisitos possuem natureza contratual e poderão ser comprovados por declaração do fabricante, proposta técnica ou demais documentos exigidos pela Comissão de Licitação, não interferindo na conclusão das duas inconformidades eliminatórias acima descritas. VI – CONCLUSÃO Considerando: as exigências expressas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 49/2026; a análise objetiva da documentação técnica apresentada pela licitante; o princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto na Lei nº 14.133/2021; esta Coordenação da Assistência Farmacêutica manifesta parecer técnico DESFAVORÁVEL à aprovação do produto ofertado, concluindo que o Sistema de Monitoramento de Glicose Medisign GH83 encontra-se INAPTO para fins de habilitação técnica neste certame, em razão de: 1. ausência de comprovação documental de utilização em gestantes; e 2. descumprimento da exigência editalícia relativa à manutenção do prazo de validade das tiras após abertura da embalagem. Considerando que o produto ofertado não atende as especificações e exigências mínimas constantes no edital a licitante participante será desclassificada.

GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Participante 9047015038	39.707.683/0001-57	R\$ 916.500,0000	R\$ 469.150,0000	0.080.495.519.08-9 MEDIX	Não
Justificativa						
Decorrido o prazo de inserção dos arquivos de proposta final, ficha técnica/catálogo e Registro dos produtos junto a ANVISA a licitante participante não realizou as inserções, bem como não solicitou prorrogação de prazo e não apresentou qualquer justificativa pelo motivo da não inserção, sendo desclassificada pelo descumprimento integral do item 5.21 do edital.						
Medlife Produtos Hospitalares Ltda	Participante 941523203	50.737.688/0001-65	R\$ 586.000,0000	R\$ 586.000,0000	Diversas	Sim
Justificativa						
Decorrido o prazo de inserção dos arquivos de proposta final, ficha técnica/catálogo e Registro dos produtos junto a ANVISA a licitante participante não realizou as inserções, bem como não solicitou prorrogação de prazo e não apresentou qualquer justificativa pelo motivo da não inserção, sendo desclassificada pelo descumprimento integral do item 5.21 do edital.						

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro(a) / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):

Sílvia Carla Rodrigues de Moraes

Pregoeiro(a)

Denis Constantini

Equipe de Apoio

Lucas Henrique de Lista

Equipe de Apoio

Luis Cláudio Bonetti

Equipe de Apoio



Este documento foi emitido eletronicamente pela plataforma BBMNET e possui validade.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

TIPO DO DOCUMENTO Ata da Sessão	DATA DE EMISSÃO 31/08/2026
ÓRGÃO / ENTIDADE Socorro	EMITIDO POR Sílvia Carla Rodrigues de Moraes

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

BBMN - E45V - BJB3**Validação Online**

Escaneie o QR Code ao lado ou acesse o endereço abaixo para validar a autenticidade deste documento. Você precisará informar o código de validação exibido acima.

<https://validador.bbmnet.com.br/validacao-documento/BBMN-E45V-BJB3>



Atenção: Qualquer alteração no conteúdo deste documento invalida sua autenticidade. Documentos modificados, mesmo que parcialmente, serão rejeitados pelo sistema validador.